Detalhe Equipamento

Nomenclatura

Dermátomo

Item

1116

Sinônimos

Aparelho Dermátomo.

Classificação

Médico Assistencial

Definição e Aplicação

Equipamento utilizado para corte de pele e debridamento de feridas

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R$ 149.559,00

Dermátomo elétrico sem fio, autoclavável, com trava de segurança para ajuste e fonte de alimentação à bateria. Corte de 0,1 a 1,2 mm com incremento de 0,1 mm. Cortes com 42 mm, guia de redução de corte para 36 mm e 30 mm de largura. Deve acompanhar o equipamento: bateria, carregador, motor, caixa com 10 lâminas estéreis e demais itens necessários para o funcionamento do equipamento.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Informar sobre o tipo: manual / elétrico, lâminas, motor, bateria e velocidade.

Ambientes

Programa Estratégico / Componente

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
BBRAUN	http://www.bbraun.com.br	(21)26023360
EFE CONSULTORIA E IMPORTAÇÃO LTDA	http://www.efe.com.br	(81)40099900
FORT MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		(47)33495015
H. STRATTNER & CIA. LTDA.	http://www.strattner.com.br	(21)21211300

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: **procot@saude.gov.br**